


Comment Changer les unités de rapports

- Allez sur le site: www.oneworldaccuracy.com et veuillez-vous connecter à votre compte OASYS.
- Sur la page d'accueil veuillez appuyer sur le tableau de bord ou résultats.




a.

- Sous l'événement test actuel appuyé sur  sous résultat à côté du programme ou vous changez l'unité.



- Choisir le tableau de bord qui contient l'analyte que pour lequel vous aimeriez changer les unités.
- La colonne contenant l'unité se trouve à côté de l'analyte. Utiliser le menu déroulant pour choisir votre unité de rapport.



Lorsque le changement a été fait, ça sera automatiquement mis à jour sur notre site.