

Registro completo - Programas con Ensayo

Acceda a su cuenta en www.oneworldaccuracy.org

- De un clic en el tablero del evento de evaluación
- Haga clic en la flecha debajo de la columna registro



Test Event Dashboard

Report Delivery Preference

Test Event Open: 2016 Mar 23 - Results Deadline: Apr 13 Status: Scheduled

Subscription	Program	Instructions	Worksheets	Registration	Results
ALL					
73286	AITH433 Thyroid Autoimmunity				
89920	TORC435 Toxoplasma, Rubella and CMV Serology				

2. Ingrese el registro del ensayo

a. Haga clic en el botón Registrar de Ensayo

Tablero del Evento de Evaluación / 180690 - TORC435 Serología CMV, Toxoplasma y Rubéola Acreditado ISO/IEC 17043:2010

Suscripción: 180690 - TORC435 Serología CMV, Toxoplasma y Rubéola
 Plazo para Enviar: 2020/dic/31 00:00 PST [1/3]
 Resultados:

Guardar y Salir Condiciones de Muestra ▶

1 Registro de Ensayo **2** Condiciones de Muestra **3** Resultados de Ensayo

Registrar Ensayo

Guardar y Salir Condiciones de Muestra ▶

b. Ingrese la información del kit para los procesos involucrados en las pruebas de laboratorio:

✕
Registrar Ensayo

⊖ Extracción

Fabricante
--Seleccione el Fabricante--

⊖ Amplificación

Fabricante
Abbott Diagnostics

Kit
Abbott RealTime CT/NG PCR

Modelo de Instrumento *
Abbott m2000rt

⊖ Detección *

Fabricante *
Abbott Diagnostics

Kit *
Abbott RealTime CT/NG PCR

Modelo de Instrumento *
Abbott m2000rt

Analito	Unidad *
C. trachomatis DNA ct Value	
N. gonorrhoeae DNA ct Value	
C. trachomatis Interpretation	
N. gonorrhoeae Interpretation	

Alias del Ensayo *
Abbott RealTime CT/NG PCR

Guardar
Cancelar

c. Complete toda la información mandatoria para cada kit



Si la prueba se realiza con un kit interno o de casa, seleccione el fabricante "In-House" (al final de la lista).

Si el fabricante o nombre del kit no aparece en la lista, seleccione "Fabricante no está en la lista" o "Catálogo no está en la lista" de lo que va a enviar. Usted será notificado una vez el kit haya sido agregado al sistema.

d. Repita los pasos a. a c. para registrar todos los ensayos utilizados en el laboratorio.

e. Una vez que la información está completa para todos los registros con ensayo, la pestaña registro de ensayo se vuelve azul.

f. Si el evento de prueba está *abierto*, haga clic en la pestaña condiciones de muestra para continuar el proceso de envío de resultados.

g. Presione "Salir" si desea finalizar el proceso en otro momento y volver al panel o tablero de eventos de evaluación. Si el registro de ensayo no está completo o faltan resultados, el ícono de registro permanece rojo  en el panel o tablero de eventos de evaluación.

Puede agregar un nuevo ensayo en cualquier momento haciendo clic en el botón seleccionar ensayo.